


## MASA TİPİ IŞIKLI LOOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihaz Anatomik teşhis amaçlı kullanılmak üzere gerekli özelliklere sahip olacaktır.
- 2.Cihaz , her yöne hareket edebilen 5 ayaklı bir taşıma sistemine sahip olmalıdır.
- 3.Cihazda bir adet min.22 Watt .gücünde filtreli floresan lamba olmalıdır.
- 4.Cihaz 220 VAC şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
- 5.Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgelerin asıl veya suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.



Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL