

pH Metre Probu Teknik Şartnamesi

- WTW marka pH 7110 model pH metre ile uyumlu olmalıdır
- Standart kalibrasyon çözeltileri 10'ar ml hacimde olacak şekilde beraberinde verilmelidir.
- Probun cihaza bağlantısını sağlayacak bağlantı kabloları da yer almalıdır.

İzole Organ Banyo Haznesi Teknik Şartnamesi

- Hazneler Biopac sistemiyle uyumlu olmalıdır
- Hazne hacmi 10 ml olmalıdır
- Çift çeperli olmalı, gaz girişi, çözelti çıkış bölümü yer almalıdır
- Termostatlı dolaşım pompasından gelen hortumlar için giriş ve çıkış bağlantıları olmalıdır
- Dayanıklı cam malzemeden üretilmiş olmalıdır

Doç. Dr. Z. Işık Solak Görmüş

