

CRYOVİAL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 1.0-2.0 mL'lik kriyojenik viallerin saklanması için uygun olmalıdır.
- 2- -196°C ile 121°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır.
- 3- Sağlam polikarbonat malzemeden yapılmış olmalıdır. (Kağıt malzemeden yapılmış olmamalıdır)
- 4- En az 81 adet vial alabilmelidir.
- 5- Kapağı içi görünebilecek şekilde şeffaf olmalıdır.
- 6- En az 4 kutu/paket olmalıdır.
- 7- Bölümümüz, malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; bölümümüz tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
- 8- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.