

ENDODONTİK ULTRASONİK ALET UCU ŞARTNAME

- a) Genel olarak, supragingival bölgelerde sealink (diş taşı temizliği) işlemi için ve endodontik tedavilerde kullanıma uygun olmalıdır.
- b) Uçların şekillerini belirten Ed14 ve Ed4 kod numaraları uçların üzerinde yazmalıdır.
- c) Korozyona uğramamalıdır.
- d) Merkezimiz bünyesinde kullanılan cihaza uyum sağlamalıdır.

m. B. Akbulut
R. Akbulut
Melek Akbulut
Melek Akbulut