

DÖNER KANAL EĞESİ 06 AÇI 15/40 NUMARA

- 1) Nikel-Titanyum olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olmayan kanal eğesi 19 mm olmalıdır.
- 5) Renk halkası olan kanal eğelerinin 21- 25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 6) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 7) Sistem 06 açığa sahip 15/40 numara eğelerden oluşan asorti paketi olmalıdır.
- 8) İstenildiğinde 06 açılı eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 9) Set içerisinde toplam 6 ege olmalıdır.
- 10) Her 100 adet ege için aynı marka 3 blister Pedodontik boy ege verilmelidir.
- 11) Ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paper point ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eğelerin shaft kısmında açı ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiğini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.

DÖNER KANAL EĞESİ 04 AÇI 15/40 NUMARA

- 1) Nikel-Titanyum olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olmayan kanal eğesi 19 mm olmalıdır.
- 5) Renk halkası olan kanal eğelerinin 21- 25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 6) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 7) Sistem 04 açığa sahip 15/40 numara eğelerden oluşan asorti paketi olmalıdır.
- 8) İstenildiğinde 04 açılı eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 9) Set içerisinde toplam 6 ege olmalıdır.
- 10) Her 100 adet ege için aynı marka 3 blister Pedodontik boy ege verilmelidir.
- 11) Ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paper point ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eğelerin shaft kısmında açı ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiğini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.

M. B. Akbulut
M. B. Akbulut
M. B. Akbulut
M. B. Akbulut