


Gates Glidden için Teknik Şartname

- 1) Kanalin üst kısmını genişletmek için kullanılmalıdır.
- 2) 19mm uzunlukta olmalıdır.
- 3) 1-6 numaralı paketlerde olmalıdır.

M. Bage Akbulut



Melek Akbulut

