

Cam Fiber Kit (parelel) için Teknik Şartname

- 1) Dentine elastikiyet modülü açısından yakın olmalıdır.
- 2) Radyopak görüntü vermelidir.
- 3) Konik apexe paralel formda olmalıdır.
- 4) Postlarla uyumlu drilleri olmalıdır.
- 5) Postlar korozyon oluşturmamalıdır.
- 6) İçeriğinde %87 cam fiber, %13 epoksi resin olmalıdır.
- 7) Bükülme dayanıklılığı 856,9Mpa olmalıdır.
- 8) Elastisite modülü 40Gpa olmalıdır.
- 9) İçeriğinde 0.2mm çelik tel olmalıdır.
- 10) Kit olarak 10'lu kutuda istenilen kalınlıkta verilebilmelidir (1.1mm- 1.3mm 1.5mm)
- 11) Postların uzunluğu 20mm olmalıdır.
- 12) Postlar paralel yapıda olmalı ve üzerinde tutuculuğu arttırmak için çentikler olmalı, Postların çentik aralarının uzunluğu 3mm olmalıdır.
- 13) İstenildiğinde her numaradan 5'er tanelik refil cam fiber post içeren yedekleri olmalıdır.
- 14) Airatörle su altında kesilip şekil verilebilmelidir.

M. Biçe Akbulut

Melek Akner