

STETESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** Steteskop ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır.
- 2.** Ses alıcısı, çift taraflı kullanıma uygun çan tipi olmalıdır.
- 3.** Tambur kromajlı olup, yetişkin için 44 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır.
- 4.** Steteskop, süper yumuşak kulak zeytinleri, kulak boruları, çift kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir.
- 5.** Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır.
- 6.** Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısımlar bulunmamalı, koku vermemelidir.
- 7.** Silikon Y hortumu, renk seçeneği mevcut olup, üzerinde marka yazılı olmalıdır.
- 8.** Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır.
- 9.** Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen ekstra yumuşak silikon olmalıdır. Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir.
- 10.** Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır.
- 11.** 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olmalıdır.