

DİAPOZON 128 HZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.** İşitme ve titreşim hissini değerlendirmek için kullanılmalıdır.
- 2.** Diapozon 128 HZ (ağırlıklı) frekansta olmalıdır.
- 3.** Diapozon seti, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 4.** Mevcut olduğu özel taşıma çantası olmalıdır.
- 5.** Diapozonların alt kısımları yuvarlak olan modelde olup kullanım esnasında ele zarar vermemelidir.
- 6.** Diapozon 128 HZ CE normlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
- 7.** 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.