

## **15 ML STERİL SANTRİFÜJ TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Polypropylene yapıda ve konik şekilde olmalıdır.
- 2- Steril ve kapalı pakette olmalıdır.
- 3- En az 14000 rpm için santrifüje dayanıklı olmalıdır.
- 4- 15 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalıdır.
- 5- Steril kapalı pakette vida kapaklı olmalı ve kapaktan sıvı akıtmamalıdır.
- 6- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.