

## **SEROLOJİK PİPET (10 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Anti-statik şeffaf plastik ile paketlenmiş olmalıdır.. (Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped)
2. Steril olmalıdır.
3. Doğruluk oranı  $\pm\% 2$  sınırlarında olmalıdır.
4. Lot numaraları her pipet içi paket üzerinde basılı olmalıdır.
5. 10 ml hacimli olmalıdır.
6. Miyadi ürün tesliminden itibaren iki yıl olmalıdır.
7. Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.