

Teknik Şartname

- 1- DMEM Low Glucose (1 g/l), with L-Glutamine, with Sodium Pyruvate (DMEM-LPX) (10 ADET):** 1 gr/litre glikoz ve 3.7 gr /litre NaHCO₃ içermelidir. L-Glutamin içermelidir. (L-Glutamin li olmalıdır). Son kullanma tarihi en az 10 ay olmalıdır.
- 2- Trypsin-EDTA (0.25 %) in HBSS (1x), with phenol red, 100ml. 3 ADET:** Hücre kültürü analizleri için de uygun olmalıdır. Sarf malzeme kalsiyum oranı %0.25 lik olmalıdır. 100 ml ve tek şişede verilmelidir. 2.5 g domuz tripsini, Fenol kırmızısı içeren Hank's Balanced Solution içerisinde 0.2 g Na-EDTA içermelidir.
- 3- 5ml steril tek kullanımlık pipetler, LP ITALIANA 200 adet/kutu. 1 KUTU:** Kutuda en az 200 adet tek kullanımlık steril pipet içermelidir. Otomatik şarjlı pipetlere uyumlu olmalıdır.
- 4- 10ml steril tek kullanımlık pipetler, LP ITALIANA 200 adet/kutu. 1 KUTU:** Kutuda en az 200 adet tek kullanımlık steril pipet içermelidir. Otomatik şarjlı pipetlere uyumlu olmalıdır.
- 5- Biosigma CL2ARBEPSTS Cryo Tüp 2 ml Dıştan Vidalı, Ayaklı 50 ADET. 2 PAKET:** Hücre dondurmak için uygun olmalıdır. 2 ml lik olmalıdır. Pakette 50 adet olmalıdır. Steril olmalıdır. Kapakları ile birlikte verilmelidir.
- 6- N-Methyl-D-glucamine-M2004-1KG. 1 ADET:** Ürün 1 Kg ambalajda verilmelidir. Saflık oranı %99 olmalıdır. Moleküler ağırlığı 195.21 olmalıdır.
- 7- T25 Hücre Kültür Flaskları (Filtre kapakları ile birlikte verilmelidir)-200 adet/kutu. 1 KUTU:** Filtre kapakları ile birlikte verilmelidir. Steril olmalıdır. Kutuda 200 adet T25 flask olmalıdır.