

Human SDC4 (Syndecan 4) ELISA Kiti Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen kit İnsan kan, serum, plazma örneklerinde çalışmalıdır.
2. Kit 96 kuyucuklu olmalıdır.
3. Sensitivity:0.176ng/ml olmalıdır.
4. Assay range:0.2ng/ml-60ng/ml olmalıdır.
5. Kit çalışması için gerekli tüm reaktifler, standartlar, tamponlar ve numune-standart dilüentleri gibi malzemeleri içermelidir. Verilen tüm malzemeler kullanıma hazır veya konsantre olmalıdır.
6. Kit çalışma prosedürünü gösteren ayrıntılı kullanıcı kitapçığı bulunmalıdır. Örnek hazırlanması, saklanması, önerilen örnek dilüsyonları ile bilgiler yer almalıdır.
7. Teklif edilen kitin kimyasallarında dökülme, bozulma varsa ve kit sonuç vermediğinde firma yenisini vermek zorundadır. Sonuç vermeme durumunda (standart, numune kuyucuklarının renklenmemesi, standart absorbanslarında uyumsuzluk, kontrol numunelerine ait hesaplanan değerlerinin uyumsuz olması gibi) firma yenisini vermek zorundadır. Teklif ile birlikte firma değişim yapacağını ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
8. Talep edilmesi durumunda teklif edilecek kit için uygun **ELİSA READER ve ELİSA WASHER CİHAZLARI KURULMALIDIR.**
9. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, laboratuvarımızda kullanılarak gösterdiği reaksiyon verimliliği -reaksiyon sonucu öncelikli olacaktır. Bu neden ile laboratuvarımızda kullanılmamış ürün teklifleri için örnek bırakılması gerekmektedir. Örnek bırakılmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Teklif veren firmalar üretici firmanın Türkiye’ de tek yetkili temsilcisi olmalıdır veya tek yetkili distribütörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
11. Teklif edilecek kitlerle ilgili varsa kontrol numuneleri verilmelidir.
12. Kitin ülkemizde daha önce satıldığı kurum/kişilere ait referans listesi teklif ile birlikte verilmelidir.
13. Teklif edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılmak için firmaların teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenlemeli, bu belgede teklif edilen marka ve ürün kodu açık olarak belirtilmelidir.
14. Prospektüsünde belirtilen saklama ve transport koşullarında teslim edilmeyen kitler kabul edilmeyecektir (soğuk zincir, 2-8°C ya da -20 °C).
15. Kitin miyadı teslim tarihinden itibaren en az 11 ay olmalıdır.
16. Kiti veren firmanın yetkili temsilci olması ve gerektiğinde üretici firma ile en geç 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir. Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır