

MOBİL KAN GLUKOZ SEVİYESİ ÖLÇÜM CİHAZI İÇİN STRİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
2. Stripler cihaza kolayca yerleştirebilmelidir.
3. Stripler kolayca eğilip bükülmemelidir.
4. Stripler 50'lik kutuda olmalıdır.
5. Strip sayısınca Lanset verilmelidir.
6. Teklif edilen ürünlerin CE belgesi olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Teklif edilen stripler çalışmanın gerçekleştirileceği laboratuvarı ilk kez kullanılıyor ise numune verilmelidir
9. Şeker ölçüm stripleri laboratuvarımızda bulunan mobil kan glukoz seviyesi ölçüm cihazı Roche marka ACCU-CHEK Active ile birebir uyumlu olmalıdır.
10. Striplerin miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve teklif veren firma son kullanılma tarihinden önce tüketilmemesi durumunda 2 ay kala bir kerelik miad değişimi yapmayı kabul etmelidir.