

ULTRASONİK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın çalışma hacmi en az 12.5L olmalıdır.
2. Cihazın maksimum kapasitesi en az 14 L olmalıdır.
3. Cihazın ultrasonik gücü en az 200 W olmalıdır.
4. Cihazın frekansı 32-38 kHz aralığında olmalıdır.
5. Cihazın maksimum ısıtma kapasitesi oda ısısı +5 ile 70°C aralığında olmalıdır.
6. Cihazın ısıtma gücü en az 250 W olmalıdır.
7. Cihazın 0-99 dakika arasında zaman ayarı olmalıdır.
8. Cihazın boyutları (hxdxw) en az 368x325x342 mm olmalıdır.
9. Cihazın LCD ekranı olmalıdır.
10. Cihazın SD kart girişı olmalıdır.
11. Cihazın iç haznesi paslanmaz çelik olmalıdır.
12. Cihaz kapak, hortum, SD kart, temizleme deterjanı ve sepetiyle birlikte teslim edilmelidir.
13. Cihazın su çıkışı olmalıdır.
14. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.



Doç. Dr. Seçkin AKIN