

TEKNİK ŞARTNAME

Genel şartlar:

- Talep edilen ürünler şartnamedeki maddelere uygun olarak teslim edilecektir. Şartname maddesini yerine getirmeyen firmalardan ürünler teslim alınmayacaktır.
- Teklif ile birlikte yetki belgesi ibraz edilebilmelidir. Aksi durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve firma tarafından karşılanacaktır. Firma, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.
- Ürünün belirtilen sürede teslim edilmemesi veya teklif edilen ve onaylanan üründen farklı model/nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı uğranacak maddi ve manevi tazminatlar firma tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

1. İnsülin Enjektörü

- a. 1cc hacme sahip olmalıdır.
- b. 26 G x ½" kapaklı iğne ucu bulunmalıdır.
- c. Bir pakette 100 adet bulunmalıdır.
- d. Steril olmalıdır.
- e. Tek kullanımlık olmalıdır.
- f. Diziyem ve ünite çizgileri bulundurmamalıdır.
- g. Luer ve 3 parçalı olmalıdır.
- h. Apirojen ve non toksik özellikte olmalıdır.

2. Eldiven

- a. Pudralı olmalıdır.
- b. L beden olmalıdır.
- c. Bir pakette 100 adet bulunmalıdır.
- d. Lateks özellikte olmalıdır.

3. Enjektör

- a. 5 cc hacme sahip olmalıdır.
- b. Contalı olmalıdır.
- c. Siyah uç bulundurmamalıdır.
- d. Bir pakette 100 adet bulunmalıdır.

Dr. D. H. Arslan
— A

Prof. Dr. M. Tugrul YILMAZ
M. Yılmaz


4. Biyokimya tüpü

- a. Jelli olmalıdır.
- b. 5 ml hacme sahip olmalıdır.
- c. Sarı kapak bulundurmalıdır.
- d. Bir pakette 100 adet bulunmalıdır.
- e. Steril olmalıdır.

5. Enjektör

- a. 2 cc hacme sahip olmalıdır.
- b. Contalı olmalıdır.
- c. Siyah uç bulundurmalıdır.
- d. Bir pakette 100 adet bulunmalıdır.

Dr. D. H. Akulu



Prof. Dr. M. Tugay ULMAR

