


Teknik Şartname

Meteorin benzeri protein / METRNL (Subfatin) Kiti

1. Kit ELISA yöntemine uygun ve 96 testlik olmalıdır.
2. Kitler uluslararası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.
3. Ambalajlar üzerinde marka katalog numarası ve saklama koşulları bulunmalıdır.
4. Kullanılacak elisa cihazı 405, 450, 490 veya 630 nm dalga boylarında çalışabilmelidir.
5. Kullanılacak kitin içinde kontroller kitin önerdiği aralıklarda çalışılmalıdır.
6. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar değerlendirilmeli ve istatistik analiz hizmeti vermelidir.
7. Teklif verilecek kitler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı tarafından çalışılacak, sonuçların değerlendirme ve analizleri Biyokimya uzman doktoru tarafından onaylanıp verilecektir.


Doç. Dr. Yakup A. SANCAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Kardiyoloji A.B.D.
Dış. Tes. No: 109041