

## HOT PLATE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ocak üstü malzemesi cam seramikten olmalı
- 2- Sıcaklık aralığı en az 50 C°– 100 C° arasında olmalı
- 3- Şebeke bağlantısı 220 volta uygun olmalıdır.
- 4- Isıtma bölümü en az 200 x 200 mm olmalıdır.
- 5- Birden fazla numuneyi aynı anda alabilmeli
- 6- Dijital ekran üzerinden sıcaklık ayarı ve hedef gerçek sıcaklık görüntülenmeli
- 7- 50 C° üzerindeki sıcaklıklar için güvenlik uyarı lambası bulunmalı
- 8- Ekran çözünürlüğü 1 C° lik periyotta bulunmalı

Öğr. Gör. Dr. Mehmet OMUNCU  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı  
Diy. No: 200840800001

Uz. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa ÖZTAS  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Tıbbi Genetik A.B.D.  
Diy. No: 229085

Prof. Dr. Mustafa ZAMANI  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Tıbbi Genetik A.B.D. Anabilim Üyesi  
Diy. No: 61508

Prof. Dr. M. Selim YILDIZ  
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.  
Genetik A.B.D. Başkanı  
Diy. No: 61016