

### **Masaüstü Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi**

- Maksimum hızı en az 4000 rpm hızında olan veya Minimum RCF değeri 2000 g olmalıdır.
- Aynı anda minimum kullanıma uygun en az 6 adet ve üzeri 50 mL tüpler için uygun rotor
- Kapı kilidi olmalıdır.
- Cihazda dengesizlik durumu olduğu zaman sistem off konumuna geçmelidir.
- Cihazda hız, zaman, gibi parametreler, tuşlar yardımıyla girilebilmeli ve ayarlanabilmelidir ve bu değerler ekrandan görülebilmelidir.
- Cihazın zaman ayarı en az 1-99 dakika arası olmalıdır.Cihaz zamandan bağımsız olarak sürekli olarak da çalıştırılabilmelidir.
- Cihazda çalışma zamanı dakika olarak ayarlanabilmelidir.
- Cihaz dijital göstergeli olmalı ve hız ayarlanabilir olmalı, kalan zaman ekrandan okunabilmelidir.
- Cihazın kapağı, elektrik kesintisi ve benzeri acil durumlarda manuel olarak açılabilirdir.
- Cihaz 220 Volt/50 Hz ile çalışmalıdır.